

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****PRODUTO : MULTIDROGAS -10 ONE STEP TESTE****Lote : 858659****Código: 9906****Fabricação : 06/2021****Validade : 02/2023**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>LOTE</b>	<b>VALIDADE</b>	<b>APARÊNCIA</b>
Dispositivo com Membrana Impregnada	2021022301	02/2023	Envelope perfeitamente vedado


**PERFORMANCE DO TESTE**

<b>AMOSTRAS TESTADAS</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>PARECER</b>
Controle Negativo	Negativo	Aprovado
Urina Controle livre de Drogas	Negativo	Aprovado
Controle Positivo Metanfetamina	Positivo	Aprovado
500 ng/ml Metanfetamina	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Morfina	Positivo	Aprovado
300 ng/ml Morfina	Positivo	Aprovado
Controle Positivo THC	Positivo	Aprovado
50 ng/ ml THC	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Anfetamina	Positivo	Aprovado
1000 ng/ ml Anfetamina	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Cocaína	Positivo	Aprovado
300 ng/ ml Cocaína	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Benzodiazepina	Positivo	Aprovado
300 ng/ ml Benzodiazepina	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Barbituratos	Positivo	Aprovado
300 ng/ ml de Barbituratos	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Metadona	Positivo	Aprovado
300 ng/ ml de Metadona	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Ecstasy	Positivo	Aprovado
1000 ng/ ml de Ecstasy	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Antidepressivos Tricíclicos	Positivo	Aprovado
Controle Positivo 1000ng/ml Antidepressivos Tricíclicos	Positivo	Aprovado

Este produto foi testado e aprovado de acordo com os critérios de Aprovação do Controle de Qualidade.

**Data do Teste: 03/06/2021**

Testado por: Leico

**Aprovado por:**

Cod. Doc.: GQ/043-Anexo 06 - Rev. 04 pag. 01/01

