

CERTIFICADO DE ANÁLISE**PRODUTO : MULTIDROGAS -10 ONE STEP TESTE**

Lote : 867568

Código: 9410

Fabricação : 10/2023

Validade : 09/2024

DESCRIÇÃO	LOTE	VALIDADE	APARÊNCIA
Dispositivo com Membrana Impregnada	2022092332	09/2024	Envelope perfeitamente vedado

PERFORMANCE DO TESTE

AMOSTRAS TESTADAS	RESULTADOS	PARECER
Controle Negativo	Negativo	Aprovado
Urina Controle livre de Drogas	Negativo	Aprovado
Controle Positivo Metanfetamina	Positivo	Aprovado
500 ng/ml Metanfetamina	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Morfina	Positivo	Aprovado
300 ng/ml Morfina	Positivo	Aprovado
Controle Positivo THC	Positivo	Aprovado
50 ng/ ml THC	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Anfetamina	Positivo	Aprovado
1000 ng/ ml Anfetamina	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Cocaína	Positivo	Aprovado
300 ng/ ml Cocaína	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Benzodiazepina	Positivo	Aprovado
300 ng/ ml Benzodiazepina	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Barbituratos	Positivo	Aprovado
300 ng/ ml de Barbituratos	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Metadona	Positivo	Aprovado
300 ng/ ml de Metadona	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Ecstasy	Positivo	Aprovado
1000 ng/ ml de Ecstasy	Positivo	Aprovado
Controle Positivo Antidepressivos Tricíclicos	Positivo	Aprovado
Controle Positivo 1000ng/ml Antidepressivos Tricíclicos	Positivo	Aprovado

Este produto foi testado e aprovado de acordo com os critérios de Aprovação do Controle de Qualidade.

Data do Teste: 02/10/2023

Testado por: Leico

Aprovado por:



Cod. Doc.: GQ/043-Anexo 06 - Rev. 05 pag. 01/01

