


**CERTIFICADO DE ANÁLISE****PRODUTO:** CELULOSE MICROCRISTALINA 102 USP**MARCA:** INLAB CONFIANÇA**CÓDIGO:** 2961**LOTE:** 871106**FABR:** 11/2024**VENC:** 12/2027

Nº CAS: [9004-34-6]

Armazenamento: Temperatura ambiente.

ESPECIFICAÇÕES	TEÓRICO	RESULTADO
Identificação	De acordo ao requerido	Corresponde
pH	5,0 – 7,0	6,8
Matéria solúvel em éter	Máx. 0,05%	0,03%
Matéria solúvel em água	Máx. 0,25%	0,12%
Condutividade	Máx. 75 us/cm	24,2 us/cm
Resíduo de ignição	Máx. 0,1%	0,10%
Perda por secagem	Máx. 7,0%	4,5%
Densidade aparente	0,28 – 0,38 g/ml	0,326 g/ml
Tamanho da partícula		
60 mesh	Máx. 8%	2%
200 mesh	Mín. 45%	60,65%
Teor (substância seca)	97,0- 102,0%	98,85%
Limites microbiais	Corresponde	Corresponde
Contagem microbiana aeróbica total	Máx. 1000 cfu/g	Corresponde
Contagem total de bolores e leveduras combinadas	Máx. 100 cfu/g	Corresponde
Escherichia coli	Ausente	Negativo
Salmonella	Ausente	Negativo

Química Responsável  
Maria Auxiliadora De Oliveira  
CRQ IV: 04206751



